国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 25 年 2 月 25 日(月)

◆測定対象施設　地場産野菜

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
トマト	国分寺市	—	＜6.26(検出限界値) 不検出	＜6.59(検出限界値) 不検出	＜5.79(検出限界値) 不検出	
ウド	国分寺市	—	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜6.29(検出限界値) 不検出	＜5.53(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。
○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg